

5 octobre 2020

(20-6777)

Page: 1/2

Comité des obstacles techniques au commerce

Original: anglais

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

1.	Membre notifiant: CHINE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
2.	Organisme responsable: <i>State Administration for Market Regulation (Standardization Administration of the P.R.C.)</i> (Administration nationale de la réglementation du marché (Office de normalisation de la République populaire de Chine)) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:
3.	Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], autres:
4.	Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Appareils électromédicaux - Appareils de dialyse péritonéale (SH 9018909918); Appareils de radiographie (ICS 11.040.99).
5.	Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: <i>National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment-Part 2-39: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Peritoneal Dialysis Equipment</i> (Norme nationale de la République populaire de Chine, Appareils électromédicaux - partie 2-39 - Règles particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de dialyse péritonéale), 23 pages, en chinois.
6.	Teneur: La partie de norme notifiée porte sur la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de dialyse péritonéale (appareils électromédicaux) définis au point 201.3.208. Elle s'applique aux appareils de dialyse péritonéale destinés à un usage médical personnel ou à un usage sous la supervision d'experts médicaux, y compris les appareils de dialyse péritonéale commandés par le patient utilisés dans les hôpitaux ou dans des environnements domestiques.
7.	Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la santé ou de la sécurité des personnes
8.	Documents pertinents: -
9.	Date projetée pour l'adoption: à déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: à déterminer
10.	Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification

11. Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:

WTO/TBT National Notification and Enquiry Center of the People's Republic of China
(Centre national de notification et d'information OTC pour l'OMC de la République populaire de Chine)

Téléphone: +86 10 57954631 / 57954627

Courrier électronique: tbt@customs.gov.cn

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5920_00_x.pdf