

14 septembre 2021

(21-6790)

Page: 1/2

Comité des obstacles techniques au commerce

Original: anglais

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

1.	Membre notifiant: OUGANDA Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
2.	Organisme responsable: Uganda National Bureau of Standards (Office national de normalisation) Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park P.O. Box 6329 Kampala (Ouganda) Téléphone: +(256) 4 1733 3250/1/2 Fax: +(256) 4 1428 6123 Courrier électronique: info@unbs.go.ug Site Web: https://www.unbs.go.ug Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:
3.	Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [X], 5.7.1 [], autres:
4.	Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Pansements chirurgicaux non tissés; Ouates, gazes, bandes et produits similaires, par exemple pansements, sparadraps et sinapismes, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires (à l'exclusion des pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive) (SH 300590); Instruments et matériaux chirurgicaux (ICS 11.040.30)
5.	Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: DUS 706:2021, <i>Non-woven surgical dressing - Specification</i> (Pansements chirurgicaux non tissés - Spécifications), deuxième édition, 30 pages, en anglais
6.	Teneur: Le projet de norme ougandaise notifié établit les exigences et les méthodes d'échantillonnage et d'essai applicables à trois types de pansements chirurgicaux non tissés, à savoir les compresses non ouatées, les compresses ouatées et les tampons chirurgicaux.
7.	Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Information des consommateurs, étiquetage; prévention des pratiques de nature à induire en erreur et protection des consommateurs; protection de la santé ou de la sécurité des personnes; exigences en matière de qualité

8. Documents pertinents:

1. G/TBT/N/UGA/227
2. US ISO 1833 (toutes les parties), *Textiles - Quantitative chemical analysis*
3. US ISO 2859-1. *Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection*
4. US ISO 3071. *Textiles- Determination of pH of aqueous extract*
5. US ISO 10993 (toutes les parties). *Biological evaluation of medical devices*
6. US ISO 13938 (toutes les parties). *Textiles - Bursting properties of fabrics*
7. US 2276:2020. *Medical cotton swabs - Specification*

9. Date projetée pour l'adoption: novembre 2021

Date projetée pour l'entrée en vigueur: à la déclaration comme norme obligatoire par le Ministre du commerce, de l'industrie et des coopératives

10. Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification**11. Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:**

Uganda National Bureau of Standards
 Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park
 P.O. Box 6329
 Kampala (Ouganda)
 Téléphone: +(256) 4 1733 3250/1/2
 Fax: +(256) 4 1428 6123
 Courrier électronique: info@unbs.go.ug
 Site Web: <https://www.unbs.go.ug>
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA/21_5753_00_e.pdf