



8 mars 2023

(23-1691)

Page: 1/2

Comité des obstacles techniques au commerce

Original: anglais

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

1. Membre notifiant: ÉGYPTÉ Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
2. Organisme responsable: <i>Egyptian Organization for Standardization and Quality</i> (Organisation égyptienne de normalisation et de contrôle de la qualité) 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: 0222845528 Fax: 0222845504 Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:
3. Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], 3.2 [], 7.2 [], autres:
4. Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Matériel d'anesthésie, de réanimation et respiratoire (ICS 11.040.10).
5. Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: <i>Draft of Egyptian standard ES 4940 for " Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators"</i> (Projet de norme égyptienne ES 4940: "Appareils électromédicaux - Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des incubateurs pour nouveau-nés"), 40 pages, en arabe.
6. Teneur: Le projet de norme notifié porte sur la sécurité de base et les performances essentielles des incubateurs pour nouveau-nés tels que définis au point 3.209, également désignés sous le terme appareils. Si un article ou un paragraphe est spécifiquement destiné à être applicable uniquement aux appareils ou uniquement aux systèmes, le titre et le contenu de cet article ou de ce paragraphe l'indiquent. Si cela n'est pas le cas, l'article ou le paragraphe s'applique à la fois aux appareils et aux systèmes, selon le cas. Les dangers inhérents à la fonction physiologique prévue des appareils ou des systèmes dans le cadre du domaine d'application du document notifié ne sont pas couverts par des exigences spécifiques contenues dans ledit document. Il est à noter que ce projet de norme est techniquement identique à la Norme IEC 60601-2-19:2020.

7.	Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la santé ou de la sécurité des personnes.
8.	Documents pertinents: IEC 60601-2-19:2020.
9.	Date projetée pour l'adoption: à déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: à déterminer
10.	Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification
11.	Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Egyptian Organization for Standardization and Quality Adresse: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: 0222845528 Fax: 0222845504