

13 janvier 2023

(23-0358)

Page: 1/2

Comité des obstacles techniques au commerce

Original: espagnol

## NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

<b>1.</b>	<b>Membre notifiant:</b> <u>PÉROU</u> <b>Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):</b>
<b>2.</b>	<b>Organisme responsable:</b> <i>Instituto Nacional de Calidad - Dirección de Metrología</i> (Institut national de la qualité - Direction de la métrologie) Calle las Camelias 817, San Isidro - Lima 27 (Pérou) Téléphone: +(51 -1) 640-8820 int. 1516 Courrier électronique: <a href="mailto:jarce@inacal.gob.pe">jarce@inacal.gob.pe</a>  <b>Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:</b>  <i>Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR</i> (Ministère du commerce extérieur et du tourisme) Calle Uno Oeste N° 50 - Urb. Corpac - Lima 27 (Pérou) Téléphone: +(51-1) 513-6100 int. 1223 ou 1239 Courrier électronique: <a href="mailto:otc@mincetur.gob.pe">otc@mincetur.gob.pe</a>
<b>3.</b>	<b>Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], autres:</b>
<b>4.</b>	<b>Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):</b> ICS 17.220.20 - Équipement de mesure, énergie électrique, compteur statique SH 9030.90.10.00 - - d'instruments ou d'appareils de mesure de grandeurs électriques
<b>5.</b>	<b>Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié:</b> <i>Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 014:2022 - "Equipos de medida de la energía eléctrica. Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Equipos de medida"</i> (Projet de norme métrologique péruvienne PNMP 014:2022 - "Équipement de comptage de l'électricité. Exigences générales, essais et conditions d'essai. Équipement de comptage"), 186 pages, en espagnol.
<b>6.</b>	<b>Teneur:</b> Le projet de norme métrologique péruvienne notifié spécifie les exigences et essais correspondants, ainsi que leurs conditions appropriées, pour les essais de type des compteurs d'électricité en courant alternatif et en courant continu. Le document notifié décrit les exigences fonctionnelles, mécaniques, électriques et de marquage, les méthodes d'essai et les conditions d'essai, y compris en ce qui concerne l'immunité aux influences externes, couvrant les environnements électromagnétiques et climatiques.
<b>7.</b>	<b>Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:</b> Annoncer l'adaptation de la Norme internationale IEC 62052-11:2020.

Équipement de comptage de l'électricité - Exigences générales, essais et conditions d'essai - Partie 11: Équipement de comptage.	
<b>8. Documents pertinents:</b>	Norme internationale IEC 62052-11:2020. Équipement de comptage de l'électricité - Exigences générales, essais et conditions d'essai - Partie 11: Équipement de comptage
<b>9. Date projetée pour l'adoption:</b>	à déterminer
<b>Date projetée pour l'entrée en vigueur:</b>	douze (12) mois après publication au Journal officiel ( <i>El Peruano</i> )
<b>10. Date limite pour la présentation des observations:</b>	60 jours à compter de la date de notification
<b>11. Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:</b>	<p>Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR  Calle Uno Oeste N° 50 - Urb. Corpac - Lima 27 (Pérou)  Téléphone: +(51-1) 513-6100 int. 1223 ou 1239  Courrier électronique: <a href="mailto:otc@mincetur.gob.pe">otc@mincetur.gob.pe</a>  Instituto Nacional de Calidad - Dirección de Metrología  Calle las Camelias 817, San Isidro - Lima 27 (Pérou)  Téléphone: +(51 -1) 640-8820 int. 1516  Courrier électronique: <a href="mailto:jarce@inacal.gob.pe">jarce@inacal.gob.pe</a>  <a href="https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/normasmetrologicas">https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/normasmetrologicas</a>  <a href="http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/buscapalavra.aspx">http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/buscapalavra.aspx</a>  <a href="http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/notificaciones/Publico/FrmBuscador.aspx">http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/notificaciones/Publico/FrmBuscador.aspx</a>  <a href="https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/PER/23_0436_00_s.pdf">https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/PER/23_0436_00_s.pdf</a></p>