

5 de octubre de 2020

(20-6770)

Página: 1/2

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

Original: inglés

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

1.	Miembro que notifica: <u>CHINA</u> Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):
2.	Organismo responsable: <i>State Administration for Market Regulation (Standardization Administration of the P.R.C.)</i> (Administración Estatal para la Reglamentación del Mercado [Administración de Normalización de la República Popular China]) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:
3.	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], o en virtud de:
4.	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): equipos electromédicos, equipos de supervisión electrocardiográfica (SA: 9018); Equipo radiográfico (ICS: 11.040.50).
5.	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: <i>National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment Part 2-27: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Electrocardiographic Monitoring Equipment</i> (Norma Nacional de la República Popular China: Equipos electromédicos. Parte 2-27: Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los equipos de supervisión electrocardiográfica). Documento en chino (62 páginas).
6.	Descripción del contenido: La parte que se notifica se refiere a la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los equipos de supervisión electrocardiográfica (equipo electromédico) definidos en el punto 201.3.63. La Norma especial notificada se aplica a los equipos electromédicos utilizados en recintos hospitalarios y fuera de recintos hospitalarios, como ambulancias o aeronaves. También se aplica a los sistemas de telemetría electrocardiográfica utilizados en recintos hospitalarios.
7.	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: protección de la salud o seguridad humanas.
8.	Documentos pertinentes: -
9.	Fecha propuesta de adopción: No se ha determinado. Fecha propuesta de entrada en vigor: No se ha determinado.
10.	Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de notificación

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución:

WTO/TBT National Notification and Enquiry Center of the People's Republic of China
(Servicio Nacional de Información y de Notificación OMC/OTC de la República Popular China)

Teléfono: +86 10 57954631 / 57954627

Correo electrónico: tbt@customs.gov.cn

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5917_00_x.pdf